



SIGNOS DE ALARMA

- Frecuencia respiratoria > 22 rpm.
- Uso de musculatura accesoria.
- Deterioro del estado de consciencia.

IMPORTANTE

- Uso de filtros antibacterianos.
- Uso de mezclador de oxígeno del respirador siempre que se pueda.
- EPI con mascarilla FPP2, FPP3 o N95 al ingresar en la habitación.
- Evitar fugas de mascarilla.
- Valorar pronación o decúbito lateral.
- Considerar sedación ligera en casos más graves.

* A pesar de cambios de parámetros o cambios de la propia terapia no invasiva por intolerancia.